

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
-		<u>A - Aufnahmemarbeitsplätze/X-ray unit</u>	
A 157	<u>Siemens</u>	AXIOM Aristos FX Plus (DIGITAL) mit Generator Polydoros LX 30/50, Röhre Opti 150/30/50 HC 0,6/1,0_Bj. 2014 (deckenhängend), Vertikalstativ Aristos FX (deckenhängend), 1 Detektor Trixell Pixium 4600 43x43 cm_Product Nr. 100204, Workstation	2004
A 180	<u>Siemens</u>	Multix TOP ACSS mit Generator Polydoros IT 55, Röhre Opti 150/40/80 HC 0,6/1,0_Bj. 2013 (deckenhängend), Vertikalstativ Vertix TOP	2007
A 182	<u>Siemens</u>	Multix TOP mit Generator Polydoros LX 30/50, Röhre Opti 150/30/50 C 0,6/1,0_Bj. 2019 (deckenhängend), Vertikalstativ Vertix TOP	1999
A 177	<u>Siemens</u>	Multix FD (DIGITAL) mit Generator Polydoros LX 30/50 Lite, Röhre Opti 150/30/50 HC 0,6/1,0_Bj. 06/19, Vertikalstativ Vertix FD, 2x Detektor Trixel Pixium 4600, Workstation	2001
A 192	<u>Siemens</u>	Vertix U (DIGITAL) mit Generator Polydoros LX 30/50, Röhre Opti 150/30/50 HC, 1x Detektor Protec Rapixx 4343 M2i, Workstation, mobile Patientenliege	2000/ 2014
A 199	<u>Siemens</u>	Multix Swing mit Generator IT S Swing 55, Röhre Optiphos 135/30/55R 0,6/1,2, Vertikalstativ Vertix Swing	2012
A 200	<u>Siemens</u>	Multix Swing mit Generator IT S Swing 55, Röhre Optiphos 135/30/55R 0,6/1,2, Vertikalstativ Vertix Swing	2011
A 172	<u>Pausch</u>	Compact CS 2000 mit Generator Editor Hfe 501, Röhre RAD 21 0,6/1,2 Fa. Varian, Vertikalstativ BS 2000	2004
A 184	<u>Pausch</u>	Compact CS 3000 mit Generator Genesis DT_Bj. 2017, Röhre RAD 14 0,6/1,2 Fa. Varian, Vertikalstativ BS 2000	2008
A 187	<u>Philips</u>	Diagnost TH mit Generator Optimus 50, Röhre RO 1750 0,6/1,2 (deckenhängend), Vertikalstativ Diagnost VE/VT	2003
A 198	<u>Philips</u>	Diagnost TH/FS/VE mit Generator Optimus 50, Röhre SRO 0951 0,3/1,0_Bj. 2014, Vertikalstativ Diagnost VE/VT, Röhrenstativ Diagnost FS	2004
A 197	<u>Ravstat/ Krebsler</u>	Schwenkbügel US-Uni mit Generator CPI CMP 200DR, Röhre RAD 14 Fa. Varian 0,6/1,2, mobile Patientenliege	2016
A 67	<u>Kodak/ Carestream</u>	Direkt View DR 9000 (DIGITAL) mit Generator DX 80 HF Fa. Fischer Imaging Corp., Röhre DU 404 Fa. Dunlee 0,6/1,2 (2004) (deckenhängend), 1x Detektor Trixell Pixium 4600 (2004), separate Röntgenliege	2003
A 108	<u>GE</u>	Revolution XR/d (DIGITAL) mit Generator Jedi 80, Röhre MX 100 0,6/1,25 (deckenhängend), 1x Detektor 41cm 41cm, separate Röntgenliege Fa. Zetta, Workstation	2005
A 92	<u>Siemens</u>	Panorama Dentalaufnahmegerät Orthophos mit Generator D 3200, Röhre SR 90/15 FN 0,6	1997
A 155	<u>Siemens</u>	Kleinröntgen- / Intraoralgerät Heliodent MD mit Röhre SR 60/70/7 0,7	1997
A 165	<u>Siemens</u>	Kleinröntgen- / Intraoralgerät Heliodent MD mit Röhre SR 60/70/7 0,7	1996
A 194	<u>Sirona</u>	Kleinröntgen- / Intraoralgerät Heliodent Plus mit Röhre D 3507 0,4	2010
A 196	<u>Siemens</u>	Kleinröntgen- /Intraoralgerät Heliodent MD mit Röhre SR 60/70/7 0,7	?
-		<u>B - Kombinierte Durchleuchtungs-/Aufnahmemarbeitsplätze/Angiographie/X-ray screening</u>	
B 95	<u>Siemens</u>	AXIOM Sireskop SD (nahbedienbar) mit Generator Polydoros SX 65, Röhre Optitop 150/40/80 HC 0,6/1,0, digitale Bildverarbeitung Fluorospot Compact, Bildverstärker Sirecon 40-4 HDR 40 cm	2004
B 87	<u>Siemens</u>	Polystar TOP mit Generator Polydoros SX 65/80, Röhre Megalix 125/40/82 CM 0,6/1,0, digitale Bildverarbeitung Fluorospot TOP; Bildverstärker Sirecon 40-4 HDR 40cm_Millennium-Edition	2001
B 107	<u>Siemens</u>	Iconos R 200 mit Generator Polydoros SX 65, Röhre Optitop 150/40/80 HC 0,6/1,0, digitale Bildverarbeitung Fluorospot Compact, Bildverstärker Sirecon 33-4 HDR	2008
B 28	<u>Philips</u>	MultiDiagnost 3 mit Generator Super 80 CP, Röhre SRM 0511 0,5/1,1, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker 38cm, DS A	2000
B 98	<u>GE</u>	UroView 2800 (urologischer Arbeitsplatz) mit Generator Jedi 00-883988-01_65 kW, Röhre A-286 0,3/1,2 Fa. Varian, Bildverstärker_00-884063-01 32,5 cm, OEC Workstation ESP Cine (Rollwagen mit Doppelmonitor), Sony Drucker Video Graphic Printer UP-960 CE, Ampel mit Doppelmonitor (Flachbildschirm)	2004
B 59	<u>Dornier</u>	Opus (urologischer Arbeitsplatz) mit Generator Selector D Fa. Hofmann, Röhre DI 97 HS-33 / 81-150 0,6/1,2 Fa. Comet, Bildverstärker 40cm	2000
-		<u>M - Mammographiegeräte/mammography device</u>	
M 12	<u>Picker</u>	SureView M2 mit Röhre M-147 0,1/0,3, Tischplatte 18x24 und 24x30, ohne Strahlenschutzwand	1998
M 43	<u>Planmed</u>	Nuance Excel (DIGITAL) mit Röhre M113 A Fa. Varian 0,1/0,3, 1x Detektor Flex AEC, Strahlenschutzwand	2009

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
M 22	<u>Fischer Imaging</u>	Mammotest Plus S mit Mammotome SCM 23 (Biopsiegerät), Röhre M-147 SP 0,1/0,3 Fa. Varian, Workstation	2004
M 48	<u>HOLOGIC Lorad</u>	mammographisches stereotaktisches Stanzbiopsiegerät MultiCare Platinum mit Röhre M 149 0,25, Workstation	2005
-		D - C-Bögen und mobile Aufnahmearbeitsplätze/mobile C-arm, mobile X-ray	
D 22	<u>GE</u>	VMX Plus	1995
D 26	<u>Siemens</u>	Siremobil ISO-C (C-Bogen) mit Röhre SR 110 0,6, Bildverstärker 23 cm, Doppelmonitor (Flatscreen)	2003
D 27	<u>Philips</u>	BV Endura (C-Bogen) mit Röhre F 017 0,6/1,4, Bildverstärker 23 cm, Doppelmonitor (Flatscreen)	2009
D 29	<u>Philips</u>	Practix 400 mit Röhre Varian RAD 68 0,6/1,2	2009
-		E - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile (accessories, individual and spare parts)	
E 25	<u>Siemens</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Vertex Pro , Streustrahlenraster 70/12, 150cm, Model Nr. 3832529 G5457	2000
E 163	<u>Siemens</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ BS 66	?
E 38	<u>Siemens</u>	Boden Deckenstativ CX mit Röhre Opti154/30/50 R 0,6/1,0_Model Nr. 28 14 254 V 7130, Vertikalstativ BD CX	1996
E 71	<u>Siemens</u>	Multix UH in Teilen: Tisch, Generator Polydoros SX 80 mit Touchscreen, Tiefenblende Model Nr. 83 75 057 G2107	1995
E 45	<u>Siemens</u>	Siregraph TOP 40 in Teilen: Generator Polydoros SX 65/80, Röhre Optitop 150/40/80HC 0,6/1,0, Tiefenblende 4951109 G2126, digitale Bildverarbeitung Fluorospot TOP, Bildverstärker Sirecon 40-4 HDR 40cm, Monitore	1998
E 52	<u>Siemens</u>	Siregraph CF in Teilen: Generator Polydoros SX 65/80, Röhre Optitop 150/40/80 HC 0,6/1,0, Tiefenblende 39660 G4446, Bildverstärker Sirecon 33-4 HDR 33cm, 1 Monitor M44-2M Model Nr. 2844376 X2183, Geräterwanne mit Zielgerät, Tischplatte	1998
E 44	<u>Siemens</u>	Siregraph D340 in Teilen: Generator Polydoros SX 80, Röhre SG 292 B 0,6/1,2_Bj. 2004 Fa. Varian ; digitale Bildverarbeitung Fluorospot H, Bildverstärker Sirecon 40-4 HD 40cm, 3 Monitore Simomed HM 44	1997
E 49	<u>Siemens</u>	Polystar in Teilen: Generator Polydoros SX 80, Röhre Megalix 125/40/82 CM 0,6/1,0_Bj. 2006, digitale Bildverarbeitung Fluorospot H, Bildverstärker Optilux 40, Befundungsmonitore	1994
E 84	<u>Siemens</u>	Multistar TOP in Teilen: Generator Polydoros IS-A, Röhre Megalix Cat 125/15/40/80 0,3/0,6_Bj. 2007, Fluorospot TOP, 3x Monitore, zusätzlicher Polytron Schrank, verschiedene Bedienteile	1998
E 50	<u>Siemens</u>	Arcoskop 100 OP 3 in Teilen: Röhre SRL 90/10/30- 0,5/1,3, Generatorschrank, Bildverstärker Optilux 17 S 19 HD, 1 Monitor	1991
E 85	<u>Siemens</u>	Multix TOP ACSS in Teilen: Generator Polydoros SX 65/80, Model Nr. 8609364 X2217 mit Bedienpult (Touchscreen), Model Nr. 3157554 X2076, Deckenstativ o. Röhre, Tiefenblende_Model Nr. 468218_Bj. 2007, Vertikalstativ Vertex TOP_Model Nr. 0476630 G051G	1997
E 87	<u>Siemens</u>	Uroskop Access in Teilen: Trafo v. Polydoros SX65/80, Röhre Optitop 150/40/80 HC 0,6/1,0 mit Tiefenblende_Bj. 2010 Modelnr. 05662403, Bildverstärker Modelnr. 7021889, digitale Bildverarbeitung Fluorospot Compact Modelnr. 5756080, Monitore (Flachbildschirm), Bedienpult (Control Panel) Modelnr. 5756270 J 1052 / 07409308	2003
E 92	<u>Siemens</u>	Sireskop CX in Teilen: Röhre Optilux 154/30/50 R 0,6/1,0, Bildverstärker 23 cm, 1 Monitor	1995
E 165	<u>Siemens</u>	Sireskop CX in Teilen: Röhre Optilux 154/30/50 R 0,6/1,0, Bildverstärker 23 cm, 1 Monitor	1993
E 93	<u>Siemens</u>	Angiostar in Teilen: Röhre Megalix 125/40/82 CM 0,6/1,0_Bj. 2000, Tiefenblende, Bildverstärker 40 cm, 3 Monitore, Bedienpult v. Polydoros 80, Platinen und Einschübe aus Polydoros 80 u. Polytron	1995
E 96	<u>Siemens</u>	Sireskop SX in Teilen: Generator Polydoros SX 65 mit BP, Röhre OPTITOP 150/40/80 HC 0,6/1,0_Bj. 2006, digitale Bildverarbeitung Fluorospot TOP, Bildverstärker Sirecon 33-4 HDR, 3 Monitore Simomed HM 44	1998
E 102	<u>Siemens</u>	Monitor (Flachbildschirm) DSC 1904-D , Modelnr. 08675402	2006
E 119	<u>Siemens</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Vertex 2E , Model Nr. 46 39 506 G036G	1992
E 140	<u>Siemens</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Vertex E , Typ 354001, Streustrahlenraster R 12 N 40 fo 150cm	?
E 171	<u>Siemens</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Vertex 2E , Model Nr. 46 39 506 G036G	2000
E 151	<u>Siemens</u>	Polystar TOP in Teilen: Generator Polydoros SX 65/80_Model Nr. 8609364 X2217 m. Bedienpult_Model Nr. 03157554_Bj. 06/2015, Röhre Megalix 125/40/82 CM 0,6/1,0, Tiefenblende_Model Nr. 4951109 G2126_Bj. 01/1999, digitale Bildverarbeitung Fluorospot TOP_Model Nr. 3767501 X2203, rollbares Gerätesteuerpult_Model Nr. 4784851 G5338, Gerätesteuerpult_Model Nr. 4784984 G5338, Bildverstärker 40cm, 2 Monitore Simomed HM 44	1997
E 154	<u>Siemens</u>	Multistar TOP in Teilen: Generator Polydoros IS-A, Röhre Megalix 125/40/82 CM 0,6/1,0_Bj. 01/2010, Bildverstärker 40 cm_Model Nr. 3828832 V5092_Bj. 08/2002, 1 Flachbildmonitor 17" TFT-LCD_Model Nr. 70009S-D_Bj. 05/2010, 2 Monitore Simomed HM 54_Bj. 1998, Fußschalter_Model Nr. 6255058 G131E	1995

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
E 158	<u>Siemens</u>	AXIOM Iconos R 200 in Teilen: Generator Polydoros SX 65/80_Model Nr. 8609364 X2217 m. Bedienpult_Model Nr. 3157554 X2076, Röhre Optitop 150/40/80 HC 0,6/1,0, Tiefenblende_Model Nr. 10092618_Bj. 01/2017, digitale Bildverarbeitung Fluorospot Compact_Model Nr. 7144434, Gerätesteuerpult_Model Nr. 7030708 G5478, Bildverstärker 40 cm_Model Nr. 3828832 V5092, Handauslöser_Model Nr. 9722059 G5455, Monitor Simomed HM 44_Model Nr. 2323464-2_Bj. 2006, Flachbildmonitor Acer_Model Nr. V193 B_Bj. 2009	2002
E 173	<u>Siemens</u>	Mammomat 3000 mit Röhre P40 MoW 0,15/0,3, Tischplatten 18x24 und 24x30, Strahlenschutzwand	1998
E 175	<u>Siemens</u>	Vertix U mit Röhre BI 125/30/52 R 0,6/1,0	?
E 177	<u>Siemens</u>	Multix MT in Teilen: Generator Polydoros IT, Röhre Opti 150/30/50 HC_Bj. 2022 , Vertikalstativ Vertix MT, Raster aus Tisch Model Nr. 05766675/ Pb r15 N80 fo115	2008
E 98	<u>Pausch</u>	Buckytisch Compact	?
E 169	<u>Pausch</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Model Nr. 0370 0007	1998
E 176	<u>Pausch</u>	Hubtisch BS 2000 (höhenverstellbar), Model Nr. 0627 0010	1994
E 26	<u>Philips</u>	Diagnost 76+ in Teilen: Generator Super 80 CP, digitale Bildverarbeitung DSI, Zielgerät mit Bildverstärker, TV Schrank, Befundungsmonitor, Vertikalstativ Diagnost VE / VT	1996
E 27	<u>Philips</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Diagnost VE/VT , Streustrahlenraster R12 N36 fo 130, Model Nr. 9848 500 20101	1995
E 40	<u>Philips</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ Diagnost VE/VT , Streustrahlenraster R12 N36 fo 140 Model Nr. 9848 500 29402	1998
E 54	<u>Philips</u>	Diagnost 97 in Teilen: Generator Super 80 CP, Röhre SRO 33 100 0,6/1,3_Bj. 2000, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker 38 cm	2001
E 57	<u>Philips</u>	Diagnost 76+ in Teilen: Generator Super 50 CP, digitale Bildverarbeitung DSI, Zielgerät mit Bildverstärker 38 cm, TV Schrank, Monitore, Platineinschübe vom Gerätefuß	1994
E 61	<u>Philips</u>	Multi Diagnost 3 in Teilen: Generator Super 80 CP, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker, Monitore	2001
E 68	<u>Philips</u>	Uro Diagnost C in Teilen: Generator Standard 50, Röhre RO 3050 1,2/1,8, Bildverstärker 23 cm, Monitor	1994
E 72	<u>Philips</u>	Integris CV 9 in Teilen: Generator-Velara-CV, Schaltschrank Sysco/Geometry/Cooling System, 2x Bedienpult, Bildverstärker 38cm, digitale Bildverarbeitung DSI, 3 Monitore, Injektor Angiomat Illumena Fa. Liebel Flarsheim	2003
E 76	<u>Philips</u>	Diagnost 66 in Teilen: Generator Super 80 CP-D, Röhre SRO 2550 0,6/1,0_Bj. 2002, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker 36cm	?
E 77	<u>Philips</u>	Diagnost 96 in Teilen: Generator Super 80 CP, Röhre 9890 000 85541 0,6/1,0 Fa.Dunlee_Bj. 2005 , digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker	1993
E 78	<u>Philips</u>	Diagnost 96 in Teilen: Generator Super 80 CP, Röhre, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker	
E 86	<u>Philips</u>	Bedienpult , rollbar, von OmniDiagnost, Type 4522 128 98621	?
E 88	<u>Philips</u>	Multi Diagnost 4 in Teilen: Generator Super 80 CP, Röhre SRM 0511 0,5/1,1_Bj. 2008, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker 38cm, rollbares Bedienteil, Bedienpult Gerät, TV-Schrank, Fußteil (speziell für runde Tischplatte), 3 Monitore (Flachbildschirm)	1998
E 90	<u>Philips</u>	Omni Diagnost in Teilen: Zielgerät, Generator Super 80 CP, digitale Bildverarbeitung DSI, Bildverstärker 28cm, rollbares Bedienteil, Bedienpult Gerät (rollbar), TV-Schrank, 3 Monitore; USV Notstrom	1999
E 103	<u>Philips</u>	Integris V 3000 in Teilen: Tisch Diagnost 5 o. Tischplatte, Generator Super 100 CP, Röhre-SRC-120-0411-0,4/1,1_Bj.-2007, digitale Bildverarbeitung DSI (Schaltschrank), TV-Schrank, Sysco Schrank, Bedienpult Gerät, Bildverstärker 38cm, 1 Monitor, Injektor Angiomat 6000	1994
E 108	<u>Philips</u>	Rasterwandgerät / Vertikalstativ Diagnost VE/VT u. Bedienteil mit Griff vom Röhrenarm, Model Nr. 9848 500 29301, Streustrahlenraster R 12 N 36 fo 130	1999
E 116	<u>Philips</u>	Easy Diagnost in Teilen: Generator Super 80 CP_Bj. 07/07, Röhre SRO 2550 0,6/1,0_Bj. 07/07, digitale Bildverarbeitung DSI (Schrank, Monitor u. Tastatur), TV Schrank, Bildverstärker 38 cm, Zielgerät	1999
E 118	<u>Philips</u>	Diagnost 56 in Teilen: Generator Medio 50 CP-H, Röhre SRO 2550 0,6/1,0 mit Tiefenblende, Vertikalstativ, Platinen von TV-Schrank, Zielgeräte, Gerätefuß	1991
E 121	<u>Philips</u>	Multi Diagnost 3 in Teilen: Bildverstärker Model Nr. 9807 301 01101, Monitor 1 Model DR 7517 800620-001_Bj. 2002, Monitor 2 Model Nr. 9896 010 02532_Bj. 1999, Monitor 3 4522 128 35561_Bj. 1993, Bedienpult Gerät 4522 128 33961_Bj. 1993, mobiles Bedienpult, Platinen	1993
E 132	<u>Philips</u>	Tisch Diagnost H (höhenverstellbar), Streustrahlenraster R12 N36 fo 100cm, Model 9804 201 51002	1993
E 159	<u>Philips</u>	Diagnost H Tisch_Model Nr. 4512 129 30181	1993
E 164	<u>Philips</u>	rollbares Rasterwandgerät / Vertikalstativ speziell für liegende Aufnahmen	?
E 160	<u>Philips</u>	Rasterwandgerät / Vertikalstativ Diagnost VE/VT	1997
E 168	<u>Philips</u>	Rasterwandgerät / Vertikalstativ Diagnost VE/VT	1995

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
E 39	<u>Dornier</u>	Lithotripter U 50 in Teilen: Generator 87410G-1 Fa. Fischer Imaging, Röhre A 192 Fa. Varian 0,6/1,2, Bildverstärker 23cm, Stoßwellengenerator mit Stoßwelleneinheit, Monitor, Ultraschallgerät Dornier AI 2200	1994
E 35	<u>Medrad</u>	Injektor Mark V Plus	1997
E 42	<u>GE</u>	Rasterwandgerät/ Vertikalstativ SG 60 , Streustrahlenraster R 12 N 36 fo 150cm, Model Nr. 45432330 Type 2146722	1996
E 107	<u>AGFA</u>	Speicherfoliensystem CR 85-X ohne Workstation	2007
E 114	<u>AGFA</u>	Speicherfolienkassetten CR MD 4.0 T General : 24x30 - 1 Stk. / 18x24 - 2 Stk.	?
E 124	<u>AGFA</u>	Speicherfolienkassetten CR MM 3.0 Mammo 18x24 - 8Stk./ 24x30 - 7Stk.; CR MD 4.0 General 43x35 - 7Stk./ 24x30 - 1Stk./ 18x24 - 2Stk.	?
E 126	<u>AGFA</u>	Speicherfoliensystem ADC Solo MUSICA mit Rechner und TFT LCD Monitor (Flachbildschirm) Model Nr. B18XA_Bj. 2001	2002
E 172	<u>AGFA</u>	Drystar 4500 und 4500 M (Laserprinter)	?
E 67	<u>Picker</u>	Vertikalstativ PWS , Model Nr. 00 4001	1995
E 112	<u>Picker</u>	Auto Universix 120 in Teilen: Röhre DU 304 0,6/1,2_Bj. 2000, Tiefenblende R 501 MLP_Bj. 1993, Bildverstärker, Bedienpult Gerätesteuerung, Bedienpult Generator Convix + zusätzliche Tiefenblende R 501 MLP_Bj. 1992, Bedienpult Gerätesteuerung Universix 190, Bedienpult Convix	?
E 139	<u>Picker</u>	Tisch Modulex 2 Model Nr. K 3205, Streustrahlenraster R 8 N 36 fo 100cm, mit Säule, mit Tischplatte	?
E 149	<u>Picker</u>	Auto Universix 120 in Teilen: Röhre DU 304 0,6/1,2 mit Tiefenblende, Generator Convix, Bedienpult Convix, Bedienpult Gerätesteuerung, Bildverstärker, 2 Monitore Model ASM 2400	1996
E 60	<u>Toshiba</u>	Fluoroscope 20 in Teilen: Generator KXO 60-G, Röhre DR-3724 H 0,6/1,2, BV 30cm, 2x Monitor, Rechner-PC mit Maus u. Tastatur, Bedienteil Gerät, 2x Schaltschrank	2003
E 94	<u>Toshiba</u>	Fluoroscope 90 in Teilen: Generator KXO-80G, Röhre mit Tiefenblende DR-3724 H 0,6/1,2_Bj. 2008, BV Model Nr. RTP 16301 J-G1E 40cm_Bj. 2000, Power Supply, 2x Bedienpult, TV-Schrank, 2 Monitore	1999
E 95	<u>Toshiba</u>	Ultimax in Teilen: Bildverstärker RTP 14301 J-G1E_Bj. 2003, Röhre G-1598TRI 0,4/0,6/1,0_Bj. 2006, Bedienpult Model DCC-04J_Bj. 2003, 2 weitere Bedienpulte, 3x Monitore TVM-150 MT/ SMM 21103L (2x)_Bj. 2003/2004	2003
E 65	<u>Swissray</u>	Schwenkbügelgerät Atlas US 2000 in Teilen: COMET Röhre DI 96 HS-33/100-150 0,6/1,3_Bj. 1999, Stativ mit Röhrenarm und Kassettenlade	1993
E 141	<u>Swissray</u>	Schwenkbügelgerät dd R Multi System in Teilen: Stativ, Generator GEN X 4000 Model Nr. VZW 2930RB2-23 mit Bedienpult Typ 6.2032.0002.0, Röhre Varian RAD 21 0,6/1,2 mit Tiefenblende Ralco Typ R 302 AMFMLP, Detektor CaO2 Addon Bucky Fa. Swissray Linos 3801-365-023	2001
E 83	<u>Stierlen Maquet</u>	Patientenrollliege / Rollliege Transmobil	?
E 129	<u>Perkin Elmer</u>	Detektor XRD 1640 AN3-EHTS	2009
E 74	<u>Nucletron</u>	Therapiesimulator Simulix Evolution in Teilen: Bedienpult Gerätesteuerung Model Nr. 118021-01, Rechner, LCD Monitor HP L 1950 G (Flachbildschirm), Tastatur, Kühler, Software, Tisch mit Bedienpult (Model Nr. 113050-02) u. Tischplatte, Aufsatz für Collimator; Fußschalter GFSM 10/1S 81.2.02.9.05, USV-Notstromversorgung	2008
E 128	<u>Nucletron</u>	Therapiesimulator Simulix Evolution in Teilen: Bedienpult Gerätesteuerung Modell Nr. 118021-01, LCD Monitor Fa. Eizo (Flachbildschirm) FlexScan L997 Part Nr. 0FTD0719, LCD Monitor Fa. HP (Flachbildschirm) GTM022 Part Nr. 481310-001, Nucletron Rechner Modell Nr. 127050-16_Bj. 2015, Tastatur, Maus, Software, Fußschalter GFSM 10/1S 81.2.02.9.05, Raster Fa. Claymount SSMC 405 Part Nr. 12850, USV-Notstromversorgung	2008
E 97	<u>Cawo</u>	ABS Röntgenkassetten : je 2 Stück mit den Größen 18x24 / 24x30 / 20x40 / 30x40 / 35x43	1994 - 2009
E 104	<u>Liebel Flarsheim</u>	Injektor Angiomat 6000	?
E 109	<u>Varian</u>	Therapiesimulator Acuity EX in Teilen: Röhre G-242 0,4/0,8 Fa. Varian, Collimator TM 6230000 Issue E, Bedienpult Gerät	2006
E 110	<u>Varian</u>	Detektor PaxScan 4030 A 30x40cm	2006
E 125	<u>Trixell</u>	Detektor Pixium 4600 46x46cm	2006
E 122	<u>Carestream (Kodak)</u>	Speicherfoliensystem DirectView Elite CR mit Erstverarbeitungsplatz bestehend aus Rechner/Monitor/Tastatur/Maus und Software, 2. Workstation, 5 Kodak CR Kassetten PQ: 35x43 - 2 Stk./ 35x35 - 1 Stk./ 24x30 - 1 Stk./ 18x24 - 1 Stk. , Barcodescanner; USV Notstrom	2010
E 131	<u>Carestream (Kodak)</u>	Speicherfoliensystem DirectView CR 500 mit Erstverarbeitungsplatz bestehend aus Rechner/Monitor/Tastatur/Maus und Befundungsarbeitsplatz, 3 Kodak CR Kassetten	2004
E 170	<u>Carestream (Kodak)</u>	Ganzbein-Wirbelsäulen-Aufnahme-Stativ DirectView CR mit Kodak GB Kassetten (4 Stk.)	2007
E 127	<u>Fuji</u>	Erstverarbeitungsplatz/ Workstation von Speicherfoliensystem FCR Capsula X bestehend aus: Rechner/Monitor/ Tastatur/Maus	2010
E 135	<u>Fuji</u>	Speicherfolienkassetten IP Cassette Type CC 24x30 - 2 Stk./ 18x24 - 3 Stk.	?
E 136	<u>Fuji</u>	Speicherfolienkassetten IP Cassette D Mammo 18x24 - 4 Stk. / 24x30 - 4 Stk.	?
E 137	<u>Fuji</u>	Speicherfolienkassetten IP Cassette D Mammo 18x24 - 2 Stk. / 24x30 - 4 Stk.	?

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
E 145	<u>Fuji</u>	Speicherfolienkassetten IP Cassette Type C 35,4x43 - 7 Stk./ 24x30 - 5 Stk.	?
E 153	<u>Fuji</u>	PC_Esprimo P556/E85+_Model Nr. M14W mit 2 Fachbildmonitoren Terra TFT LCD 4319_Model Nr. 3031153 / MF 190D-L03, 48,2cm/19"	?
E 130	<u>Guerbet</u>	Injektor KMP 2000 (f. Computertomographie)	?
E 142	<u>Shimadzu</u>	mobiler C-Bogen WHA-30 mit Röhre SDO-0,4 0,4/1,5, Bildverstärker 16cm, Doppelmonitor, Sony Video Graphic Printer UP-890CE	1998
E 143	<u>Stratec</u>	Knochendichtemeßgerät (Unterarm) XCT-900 mit Workstation	1993
E 146		Schwenkbügelgerät Atlas mit Generator Medira 50_Model E01, Röhre BI 125-30/52 R Fa. Siemens 1,0	1996
E 148	<u>Konica Minolta</u>	Speicherfolienkassetten (Mammo) Regius RC 110 M 18x24 - 4 Stk / 24x30 - 4 Stk.	?
E 152		OP Lampe (Doppellampe) mit Strahlenschutz an Doppel-Deckenschiene	
E 161	<u>Planmed</u>	Mammographiegerät Sophie mit Röhre E 7236 Fa. Toshiba 0,1/0,3, Tischplatte 18x24 als Austauschgerät	1993
-		<u>G - Generatoren/generator</u>	
G 1	<u>Philips</u>	Standard 30 mit Bedienpult	?
G 2	<u>Philips</u>	Standard 50, Nr. 67 4041, Code 9874 294 84942 mit Bedienpult	?
G 3	<u>Philips</u>	Medio 50 CP-H mit Bedienpult	?
G 40	<u>Philips</u>	Optimus 50, Type 9890 000 02031 mit Bedienpult, Type 9890 000 02001	1997
G 60	<u>Philips</u>	Medio 50 CP mit Bedienpult, Model Nr. 86 4533, Code 9874 294 83392	?
G 90	<u>Philips</u>	Medio 50 CP-H mit Bedienpult, Code 9890 000 27081	?
G 91	<u>Philips</u>	Medio 65 CP-H mit Bedienpult, Code 9886 102 40002	1995
G 6	<u>Siemens</u>	Polymat 50	1990
G 13	<u>Siemens</u>	Polymat 70, Model Nr. 11 64 909 X2101	1992
G 7	<u>Siemens</u>	Polymat 50	?
G 8	<u>Siemens</u>	Polydoros 50 S mit Bedienpult	?
G 21	<u>Siemens</u>	Polydoros 50 S mit Bedienpult	1992
G 10	<u>Siemens</u>	Polydoros 80S, Model Nr. 11 04 814 X1750 mit Bedienpult	1990
G 31	<u>Siemens</u>	Polydoros SX 65/80, Model Nr. 3774119 X 2206 mit Bedienpult (Touchscreen)	1996
G 46	<u>Siemens</u>	Polydoros SX 80, Model Nr. 1167050 X2075 mit Bedienpult (Touchscreen) Model Nr. 03157554_Bj. 2007	1994
G 53	<u>Siemens</u>	Polydoros SX 50/80, Model Nr. 1167050 X2075 mit Bedienpult (Touchscreen), Model Nr. 3157554 X2076	1994
G 61	<u>Siemens</u>	Polydoros SX 80, Model Nr. 1167050 X2075 mit Bedienpult (Touchscreen), Model Nr. 1166318 X2076	1993
G 73	<u>Siemens</u>	Polymat 50, Model Nr. 4560009 X029 I mit Bedienpult, Model Nr. 0455287 X092G	1991
G 77	<u>Siemens</u>	Polymat 50 Bedienpult, Model Nr. 0455287 X092G, Trafo, Model Nr. 8610339 X1415	1991
G 92	<u>Siemens</u>	Polydoros SX 80, Model Nr. 1167050 X2075 mit Bedienpult (Touchscreen) Model Nr. 03157554 X2076	1995
G 97	<u>Siemens</u>	Polydoros IT, Model Nr. 07759793 mit Bedienpult (Touchscreen), Model Nr. 10410669	2008
G 19	<u>Hofmann</u>	Selector D mit Bedienpult	?
G 22	<u>Hofmann</u>	Selector MD, Type R 2150000 mit Bedienpult	?
G 37	<u>Hofmann</u>	Selector MD, Type R 2150000 mit Bedienpult	?
G 38	<u>Hofmann</u>	Selector MD, Type R 2210000 mit Bedienpult	?
G 43	<u>Hofmann</u>	Selector D mit Bedienpult	?
G 68	<u>Hofmann</u>	Selector M mit Bedienpult	?
G 69	<u>Hofmann</u>	Selector M, Type HR 206-50 mit Bedienpult	?
G 70	<u>Hofmann</u>	Selector MD, Model Nr. R 2150000 mit Bedienpult, Model Nr. R 213Z222	?
G 71	<u>Hofmann</u>	Selector MD, Model Nr. R 2150000 mit Bedienpult, Model Nr. R 208Z204	?
G 29	<u>GE</u>	MPG 65, Model Nr. ZHT100 2100418 mit Bedienpult, Model Nr. 2100360	1994
G 34	<u>GE</u>	MPH, Model Nr. 2142419 mit Bedienpult, Model Nr. 2138901	1995
G 39	<u>GE</u>	MPG 65, Model Nr. 45559622 mit Bedienpult	1991
G 41	<u>GE</u>	MPG 50, Model Nr. 45430140 mit Bedienpult, Model Nr. 45438128	1995
G 47	<u>GE</u>	MPG 65, Model Nr. 36002679 mit Bedienpult	1994
G 52	<u>GE</u>	MPG 65/80, Model Nr. ZFHM100 36005598 mit Bedienpult, Model Nr. ZF00M80 36002680	1994

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
G 67	<u>GE</u>	Silhouette 20HF, Model Nr. HFQ-10000P mit Bedienpult	1997
G 81	<u>GE</u>	MPG 65 mit Bedienpult	2008
G 82	<u>Stadler</u>	SE 1000 mit Bedienpult	?
G 44	<u>GMM</u>	Bergamo MGR 50HF, Code 435, Ident Nr. 12299 mit Bedienpult	1992
G 49	<u>Nucletron</u>	Epsilon 50 HF, Model Nr. 114071 06 mit Bedienpult, Model Nr. 9777.03.R1	2008
G 78	<u>Nucletron</u>	Epsilon 50 RF_Model Nr. EPS 45-80 / Bedienpult_Model Nr. 9777.03.R1	2009
G 54	<u>Picker</u>	Convix, Model Nr. 00 4003 mit Bedienpult, Model Nr. 00 4001	1995
G 55	<u>Picker</u>	Optimat 640 mit Bedienpult	?
G 65	<u>Picker</u>	Convix, Model Nr. 00 4010 mit Bedienpult, Model Nr. 00 4001	1994
G 66	<u>Picker</u>	Convix, Model Nr. 00 4010 mit Bedienpult, Model Nr. 00 4001	1994
G 93	<u>Picker</u>	Rad View 65, Model Nr. VZW2928RC2-03 mit Bedienpult	1998
G 76	<u>Swissray</u>	Genesis 50 mit Bedienpult	?
G 63	<u>Varian</u>	650 HF, Model Nr. VZW 2932FB3-01 mit Bedienpult, Part No. 73266-00	2002
G 64	<u>Shimadzu</u>	Generator mit Bedienpult	?
G 83	<u>Römed</u>	50-HF_Model Nr. VZW 2919 D4 , Part No. 727229 - 03, Bedienpult Part No. 727298-00	1993
G 85	<u>Medira</u>	40 HF_Model Nr. E01 mit Bedienpult	1993
G 86	<u>Medira</u>	150-60 N 1 HF_Model Nr. E01 mit Bedienpult_Model Nr. 002-R	1995
G 96	<u>Muthmann</u>	Editor MP 600	1993
		R- Röhren/tube	-
R 54	<u>Philips</u>	SRM 0511 Brennfleck 0,5/1,1	2001
R 1	<u>Philips</u>	RO 1750 Brennfleck 0,6/ 1,2	2002
R 72	<u>Philips</u>	SRC 120 CTX Brennfleck 0,8x1,2/0,9x1,9 (CT) mit Kühler CU 2500	2002 / 2003
R 78	<u>Philips</u>	SRO 2550 Brennfleck 0,6/1,0	1998
R 81	<u>Philips</u>	RO 30 50 RE, Brennfleck 1,2/1,8	?
R 89	<u>Philips</u>	SRO 33100 Brennfleck 0,6/1,2	2009
R 97	<u>Philips</u>	SRO 22 50 Brennfleck 0,6/1,2	?
R 98	<u>Philips</u>	RO 1750 Brennfleck 0,6/ 1,2	2001
R 99	<u>Philips</u>	SRO 33100 Brennfleck 0,6/1,2	?
R 4	<u>Comet</u>	DI 104 HS -37/ 100-150 Brennfleck 0,6/ 1,3	2000
R 49	<u>Comet</u>	DI 92 H 11/30-125 Brennfleck 0,6/1,2	?
R 71	<u>Comet</u>	DI 101 HS - 37/ 100-150 Brennfleck 0,6/1,3	?
R 75	<u>Comet</u>	DI 96 H 20/60-150 Brennfleck 0,6/1,3	1998
R 105	<u>Comet</u>	DI 96 HS-33/ 100-150 Brennfleck 0,6/1,3	2000
R 7	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/80 HC Brennfleck 0,6/1,0	2003
R 55	<u>Siemens</u>	Opti 150/30/50C, Brennfleck 0,6/1,0	2002
R 10	<u>Siemens</u>	Megalix CAT 125/15/40/80-121 GW , Brennfleck 0,3/0,6/1,0, Model Nr. 3800351	2007
R 15	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/82 C Brennfleck 0,6/ 1,2	1993
R 16	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/73 C Brennfleck 0,6/ 1,0	1993
R 26	<u>Siemens</u>	Megalix 125/40/82 CM Brennfleck 0,6/ 1,0	1996
R 27	<u>Siemens</u>	Opti 150/12/50 C Brennfleck 0,4/ 1,0	1997
R 42	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/82 C Brennfleck 0,6/1,2	1994
R 45	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/73 C Brennfleck 0,6/ 1,0	1991
R 46	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/73 C Brennfleck 0,6/ 1,0	1992
R 68	<u>Siemens</u>	Megalix 125/40/82 CM Brennfleck 0,6/ 1,0	2004
R 37	<u>Siemens</u>	Optitop 150/40/80 HC Brennfleck 0,6/1,0	2003
R 79	<u>Siemens</u>	P 125/30 C (Eintank) Brennfleck 1,3	?
R 85	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/73 C Brennfleck 0,6/ 1,0	?
R 86	<u>Siemens</u>	Opti 150/30/50 C Brennfleck 0,6/1,0	1990
R 91	<u>Siemens</u>	Typ 01158815 (Röhre) / Typ 06185172 (Röhrenschutzgehäuse) Brennfleck 0,8 (f. mobiles Röntgengerät)	2005
R 94	<u>Siemens</u>	SR 90 /15 FN Brennfleck 0,6 (Dental)	?
R 95	<u>Siemens</u>	Opti 150/30/50 C Brennfleck 0,6/1,0	2002
R 100	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/80 HC Brennfleck 0,6/1,0	2005
R 101	<u>Siemens</u>	Opti 150/40/73 C Brennfleck 0,6/ 1,0	1993
R 103	<u>Siemens</u>	Opti 150/30/50 HC Brennfleck 0,6/1,0	2005
R 104	<u>Siemens</u>	Opti 150/30/50 HC Brennfleck 0,6/1,0	2001
R 106	<u>Siemens</u>	Megalix CAT 125/15/40/80-122 GW Brennfleck 0,3/0,6/1,0, Model Nr. 3800351	2012
R 107	<u>Siemens</u>	Megalix CAT 125/15/40/80-122 GW Brennfleck 0,3/0,6/1,0, Model Nr. 3800351	?
R 108	<u>Siemens</u>	Opti 150/30/50 HC Brennfleck 0,6/1,0	2022

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
R 29	<u>GE</u>	46-155318G33/ MX 100 Brennfleck 0,6/1,25	2013
R 35	<u>GE</u>	Statorix MSN 742 Brennfleck 0,6/1,2	?
R 43	<u>GE</u>	Statorix MSN 742 Brennfleck 0,6/ 1,2	2011
R 58	<u>GE</u>	Statorix MSN 742 Brennfleck 0,6/1,2	1994
R 96	<u>GE</u>	Statorix MSN 742 Brennfleck 0,6/1,2	2018
R 12	<u>Dunlee</u>	DU 33100 Brennfleck 0,6/ 1,2	2005
R 13	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	1994
R 14	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	1994
R 39	<u>Dunlee</u>	DU 694 Brennfleck 0,4/0,8 (Strahlentherapie)	2005
R 44	<u>Dunlee</u>	DU 303 Brennfleck 0,75	1994
R 47	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	2007
R 57	<u>Dunlee</u>	DU 694 Brennfleck 0,4/0,8 (Strahlentherapie)	2013
R 60	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	2004
R 62	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	1993
R 90	<u>Dunlee</u>	DU 694 Brennfleck 0,4/0,8 (Strahlentherapie)	2013
R 93	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	1993
R 102	<u>Dunlee</u>	DU 304 Brennfleck 0,6/ 1,2	2004
R 30	<u>Varian</u>	SG 292 B Brennfleck 0,6/1,2	2004
R 34	<u>Varian</u>	RAD 34 Brennfleck 0,6/1,2	1997
R 70	<u>Varian</u>	GS 1584 Brennfleck 0,8/0,9 (CT) mit Kühler	2005
R 76	<u>Varian</u>	A-192 Brennfleck 0,6/1,2	1994
R 64	<u>Eureka</u>	SRX 21-1 Brennfleck 0,6/1,2	1996
R 65	<u>TUR</u>	DE 7 Brennfleck 1,0 (Dental)	1989
R 83	<u>I.A.E.</u>	RTM 90 HS, Brennfleck 0,6/1,3	?
R 74	<u>Hofmann Nagel&Goll er</u>	HOR 125-12/30S Brennfleck 0,6/1,2	?
R 84	<u>Nagel&Goll er</u>	DYNIX 30-50 S, Brennfleck 1,2/2,0	?
R 82	<u>Rotalix</u>	ROM 20 (ROT 206), Brennfleck 0,3/ 0,1 (Mammo)	1994
R 88	<u>Rotalix</u>	ROM 20 (ROT 206), Brennfleck 0,3/ 0,1 (Mammo)	1991
-		<u>P - Entwicklungsmaschinen/processors</u>	
P 37	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 31	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 38	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 32	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 71	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 74	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 78	<u>Protec</u>	Optimax	?
P 56	<u>Konica</u>	SRX-101 A	2004
P 58	<u>Konica Minolta</u>	SRX-101 A	2004
P 79	<u>Konica Minolta</u>	SRX-101 A	2004
P 68	<u>Carestream</u>	DryView 6850 (Laserprinter)	2012
P 82	<u>AGFA/ CAWO</u>	Cawomat 2000 IR	2011
-		<u>S - Speicherfoliensystem/CR-systems</u>	
S 21	<u>Carestream</u>	DirectView CR 950 mit 2x Bedienpanel und 25 Kassetten: 18x24 - 8 Stk./ 24x30 - 5 Stk./ 35x43 - 12 Stk.	2005
S 31	<u>Carestream</u>	DirectView CR 975 mit 2x Bedienpanel und 24 Kassetten: 18x24 - 7Stk./ 24x30 - 8 Stk./ 35x43 - 9Stk.	2006
S 17	<u>AGFA</u>	ADC Compact mit Reader Type 5145/100, Ausleseeinheit/ ID Tablet und Workstation und 10 Kassetten: 43x35 - 7Stk./ 24x30 - 1Stk./ 18x24 - 2Stk.	1998
S 29	<u>AGFA</u>	CR 85-X mit Reader Type 5148/100, Erstverarbeitungsplatz und AGFA CR MD4.0 General Kassetten und ADCC HR Kassetten_verschiedene Größen 18x24, 24x30, 35x43 (11 Stk.)	2007

Pos.	Hersteller	Bezeichnung	Baujahr
S 32	<u>AGFA</u>	CR 85-X mit Reader Type 5148/100, Erstverarbeitungsplatz und 6 AGFA CR MM 3.0 Mammo Kassetten: 18x24 - 2 Stk./ 24x30 - 4 Stk.	2010
S 37	<u>AGFA</u>	CR 30-X mit Reader Type 5175/105, Erstverarbeitungsplatz und 3 CR Kassetten	2011
S 30	<u>Konica</u> <u>Minolta</u>	Regius 190 (Mammo) mit Reader DD-941, Erstverarbeitungsplatz und 12 CR Kassetten RP-4S110: 14x14 - 3 Stk./ 14x17 - 3 Stk./ 18x24 - 2 Stk./ 24x30 - 4 Stk.	2007
S 33	<u>Konica</u> <u>Minolta</u>	Regius Sigma 2 mit Erstverarbeitungsplatz und 5 RC-300 CR Kassetten: 18x24 - 1 Stk./ 24x30 - 2 Stk./ 35x43 - 2 Stk.	2013
S 42	<u>Fuji</u>	FCR Capsula X mit Reader Type CR-IR 357, Erstverarbeitungsplatz und 10 Kassetten IP Cassette Type CC: 24x30 - 6 Stk./ 35x43 - 4 Stk.	2007
S 43	<u>Fuji</u>	FCR Capsula X mit Reader Type CR-IR 357, Erstverarbeitungsplatz und 6 Kassetten IP Cassette Type CC: 18x24 - 2 Stk./ 24x30 - 2 Stk./ 35x43 - 2 Stk.	2010